



Pionki, dnia 12 listopada 2025 r.

ZP.271.1.21.5.2025.TSO

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.21.5.2025.TSO w trybie podstawowym pn. **„Modernizacja magazynu oraz doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”**.

Wyjaśnienie treści SWZ #1

Burmistrz Pionek, działając zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo do postępowania defibrylator AED (cz. VIII) o podanej poniższej specyfikacji (bardzo podobny do defibrylatora , który Państwo opisali w OPZ) : • Dostarczany z 3 zaprogramowanymi językami • Funkcja wykrywania rozrusznika serca • Lekki , poniżej 2 kg z baterią • Elektrody z okresem trwałości 2 lat od daty produkcji • Bateria z okresem trwałości : 5 lat od daty instalacji • Dostępny w wersji półautomatycznej oraz w pełni automatycznej • Klasa IP 55 • Łatwe przełączanie trybu dorosły/dziecko za pomocą przycisku • Aktualny z najnowszymi wytycznymi ERC • Czytelny wyświetlacz wskazujący: stan baterii, stan elektrod • Elektrody uniwersalne dla dzieci oraz dorosłych • Auto testy : dzienne, tygodniowe, miesięczne • Akcja zapisuje się na karcie SD • Wewnętrzna karta SD , Komunikacja IR SPECYFIKACJA : Ogólne • Wymiary : 200 x 286,5x 90 mm • Waga : ok. 1,95 kg wliczając baterię (bez elektrod) • Dorosły : 170 - 195 J \pm 5% • Dziecko : 44 – 51 J \pm 5% EKG • Odprowadzenie : II (RA,LL) • Zakres impedancji : 25 - 200 ohm Wyświetlacz • Przyciski kontrolne : Przycisk włączania/wyłączania, • przycisk defibrylacji, przycisk wyboru defibrylacji dorosły/dziecko, wybór języka • Wskaźniki wizualne : Status AED, Status baterii, Status elektrod, Status temperatury , LED • Wskaźniki dźwiękowe: Komendy głosowe, Komendy CPR, Krytyczny stan baterii, błędny auto-test urządzenia, alarm nieprawidłowej pracy urządzenia Autotesty • Cykle : dzienny, tygodniowy, miesięczny

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taki defibrylator.

Pytanie 2.

Czy dopuszczają Państwo do postępowania dostawę plecak (CZ VII) o następującej specyfikacji (wyposażenie zgodne z Państwa opisem) : Torba medyczna wykonana zgodnie z zaleceniami koordynatora ds. ratownictwa medycznego. Uszyta z materiału: CORDURA. Przeznaczony jest dla



zespołów ratowniczych, karetek reanimacyjnych i wypadkowych oraz specjalistycznych grup ratowniczych. Plecak ma konstrukcję wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Plecak posiada 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny). System transportu na plecach składa się z dwóch szelek. Plecak wyposażony jest w liczne elementy odblaskowe. Plecak posiada wbudowany organizator na zestaw do wkłuć. Plecak dodatkowo posiada system pętelek oraz przezroczystych organizatorów, pozwalający na segregację pozostałego sprzętu. W komorze głównej plecaka znajduje się wbudowany system ampularium mieszczący ok. 60 szt. ampułek o różnej pojemności. Dostępne kolory: czerwony. Rozmiar plecaka : 61 x 33 x 24 cm

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuści taki plecak.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 14 listopada 2025 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 listopada 2025 r. o godz. 12:30. Termin związania ofertą do 13 grudnia 2025 r. włącznie.

z up. Burmistrza
Samodzielne Stanowisko
ds. Zamówień Publicznych

/-/ mgr Tomasz Sowa